

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

108/E/2011/SZTE/1

amely létrejött egyrészt a **Szegedi Tudományegyetem** (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) a továbbiakban Megrendelő, és a **Anamed Kft.** (1144 Budapest, Kőszeg u. 29., Cg.szám: 01-019-164-933, adószám: 10737956-2-42) mint Szállító között, közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint.

1. A szerződés tárgya

1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő KÉ-17186/2011 számú 2011.07.13. napján megjelent Ajánlattételi felhívásában és a jelen szerződés mellékletét képező dokumentumokban részletesen meghatározott minőségű **sebészeti műszerek, eszközök** (Laparoscopos-thoracoscopos HDTV felsőkategóriás torony és thoracoscopos műtői tálca) (továbbiakban: Áru) jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállítása).

1.2. Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie a jelen szerződés mellékletében foglalt specifikációnak, valamint a Szállító által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve a hatályos minőségi bizonyítványnak.

1.3. Pályázati forrás: HURO/0802/36

Minimálisan invazív általános mellkassebészet és onkológiai mellkassebészet fejlesztéséért program

2. Vételár: 64 152,-EUR + ÁFA, azaz bruttó 80 190,-EUR

E szerződés teljesítésével összefüggő összes adót, vámot, illetéket, engedélyezési díjat, szállítási költséget stb. teljes mértékben a Szállító viseli.

A fenti ár módosítására kizárólag kétoldalú, írásos megállapodás alapján kerülhet sor, a Kbt.-ben rögzítettek alapján.

3. Fizetési mód

3.1. A **Megrendelő** a fenti 2. pont szerinti vételárat - részteljesítés esetén a vételár megfelelő részét - az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való teljesítést követően a Kbt. 305. § szerinti határidőn belül, a **Szállító** CIB Bank Zrt -nél vezetett 10700024-04058108-51100005 számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. A **Szállító** az áruszámlához csatolni köteles az átvételi elismervényét.

A Kbt. 305. §-ának megfelelően a kifizetések az alábbi rendben történnek:

A szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a megrendelőnek, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból, továbbá legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat.

A szállító a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg, amely ellenértéket a megrendelő **45 napon belül** átutalja a szállítónak.

A szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja. A szállító átadja a fenti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a megrendelőnek [utóbbit annak érdekében, hogy a megrendelő megállapíthassa, hogy a szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak].

A szállító benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, mely ellenértékét a megrendelő **15 napon belül** átutalja a szállítónak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették.

Ha a szállító az alvállalkozók felé történő kifizetési kötelezettségét, valamint a megrendelő felé fennálló fentiek szerinti igazolási kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a szállítót, ha igazolja, hogy a fentiek szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által bejelentett összegre vagy annak egy részére.

3.2. A **Megrendelő** késedelmes fizetése esetén a **Szállító** a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

3.3. A Megrendelő felhatalmazza a Szállítót, hogy a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén –a Megrendelő legalább 3 munkanappal történő előzetes írásbeli értesítésével - a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglalt beszédési megbízást a pénzforgalmi szolgáltatójánál érvényesítse.

4. Teljesítési hely:

Szállítási és számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem ÁOK Sebészeti Klinika
6720 Szeged, Pécsi u. 6.

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

5. Szállítási feltételek és határidők

5.1. Az Árunak a teljesítési helyig történő szállításáért a **Szállító** külön díjazást nem igényelhet. A **Szállító** a leszállítandó Árut a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le, és a beszereléssel, üzembe helyezéssel, betanítással ill. engedélyek, áruleírások, egyéb szükséges dokumentumok beszerzésével, illetve azoknak a Megrendelő részére történő átadásával teljesíti.

5.2. A **teljesítési határidő**: a szerződéskötést követő **4 héten** belül kell a készüléket leszállítani és üzembe helyezni. Az Szállító köteles a szállítás várható időpontja előtt 3 munkanappal a szállítás helye szerinti Intézményt értesíteni.

5.3. A **Szállító** köteles az Áru feladását követően az eredeti áruszámlát a **Megrendelő** részére megküldeni, az átvételi hely átvételi elismervényének mellékelésével. A leszállított termékekhez szállítólevelet is köteles mellékelni a **Szállító**, melyen a termék gyártási száma illetve a beazonosításra alkalmas adat is szerepel.

5.4. A **Szállító** előszállításra csak a **Megrendelő** előzetes írásos hozzájárulásával jogosult.

5.5. A Számviteli Törvény 25.§ 6. pontja alapján, az ajánlattevő csatoljon a szoftverhez egy hivatalos tanúsítványt, amely tartalmazza a használati időt (a szoftvert véglegesen, vagy meghatározott ideig lehet használni). A tanúsítványra tulajdonjog vásárlása esetén is szükség van.

6. Csomagolás, tárolás

6.1. A **Szállító** az **Árut** a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládákon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.

6.2. Amennyiben a leszállításkor a beüzemelés a Megrendelőnek felróható okból nem lehetséges, úgy egy további egyeztetett időpontban, de legkésőbb 3 munkanapon belül a Szállító köteles a beüzemelést ismételt, költségmentesen biztosítani. Ezen időszakban az áru tárolása a Megrendelő feladata és felelőssége.

7. Az Áru üzembe helyezése

7.1. Az Áru üzembe helyezése a **Szállító** feladata, azért a vételáron felül ellenszolgáltatást nem követelhet.

7.2. A beüzemelés során az árunak rendelkeznie kell az összes alkatrésszel illetve a gyári előírás szerinti további tartozékkal, valamint működnie kell minden a specifikációban vállalt funkciónak.

7.3. A beüzemelés során a Megrendelő által megjelölt legalább 2 fő részére az áru működését, annak kipróbálható funkcióit be kell tanítani.

7.4. A sikeres beüzemelést a Megrendelő képviselőre jogosult vezetője igazolja.

8. Ellenőrzések és vizsgálatok

8.1. A Megrendelő az Áru átadás-átvétele során jogosult, de 5 munkanapon belül köteles elvégezni minden vizsgálatot és mérést annak megállapítására, hogy az Áru megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.

8.2. Ha az átadás-átvétel során a Megrendelő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a Megrendelő az Áru kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, a Szállító pedig köteles a Megrendelő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

9. Szavatosság, jótállás

9.1. A Szállító az üzembe helyezést követően **18 hónap teljes körű jótállást vállal** és szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Szállító vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A Szállító a jótállási idő alatt a hiba bejelentését követő 24 órán belül a helyszínen megkezdi a hiba kijavítását illetve a hiba jellegétől függően – a Megrendelővel egyeztetve – a szükséges javításokat szervizben elvégzetteti, amely időre az elszállított eszközzel egyenértékű cseregépet biztosít. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető az ajánlatkérőre, így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, és a javításkor kötelezően cserélendő fogyóanyagokon felül egyéb anyagköltség sem, valamint a műszer kötelező karbantartási periódusának megfelelő időközönkénti karbantartást is el kell végezni. A jótállási idő a javítás idejével meghosszabbodik.

9.2. A Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

9.3. Ha a Szállító nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Megrendelő a Szállító költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.

9.4. A Szállító cserealkatrészeket minimum 7 évig biztosítja, illetve megfelelő szakember által biztosított tréning és módszer kidolgozási segédleteket nyújt.

10. Kötbér

10.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a Szállító kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A kötbér akkor is jár, ha a megrendelőnek kára nem merült fel. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett eszköz nettó értékének napi 1%-a, de legfeljebb a teljes ellenérték 20%-a. A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak.

10.2. A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

11. Engedélyek

A Szállító a saját költségére köteles biztosítani a Megrendelő részére az Áruk felhasználásához szükséges engedélyeket, igazolásokat.

12. Hatályba lépés

12.1. A jelen szerződés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint, a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható.

12.2. Minden, a jelen szerződés keretében a **Felek** által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A **Felek** közötti levelezés nyelve: magyar.

12.3. A jelen szerződés mellékletei, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a közbeszerzési dokumentáció, jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, illetve a Szállító által benyújtott ajánlat tartalma az irányadó.

12.4. A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek nem, vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés elháríthatatlan erő következménye. Elháríthatatlan erő az olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előre láthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

12.5. A jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

13. Választott bíróság, alkalmazott jog

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességének. A felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot és a Választottbíróság Eljárási Szabályzatát kell alkalmazni.

Szeged, 2011. október 20.

Szeged, 2011. október 11.

Megrendelő részéről:



Dr. Szabó Gábor
rektor

Szállító részéről



Groó Géza Lajos
ügyvezető igazgató

ANAMED Kft.
1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
Tel.: (1) 220-9236 Fax: (1) 221-5531
Adószám: 10737956-2-42
1.

Dr. Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató




**A Szegedi Tudományegyetem 108/E/2011/SZTE. számú, sebészeti műszerek
beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki leírása**

A táblázatok kitöltése, azaz a megajánlott eszközök műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

1. RÉSZAJÁNLATI KÖR

Készülék/rendszer megnevezése, mennyisége:	1 db Laparoscopos-thoracoscopos HDTV felső kategóriás torony	
A rendszer leírása	Az Általános és a mellkas sebészet igényeit kielégítő HDTV felső kategóriás laparoskopos-thoracoscopos torony. Az összes készüléknek és eszköznek műtői környezetben működtethetőnek kell lennie, meg kell felelnie az európai szabványokban rögzített medikai előírásoknak.	
Általános információk		
Ajánlott készülék típusa:	ViseraPro	
Gyártó:	Olympus	
Származási ország:	Japán	
ELŐÍRT PARAMÉTEREK		AJÁNLOTT TERMÉK PARAMÉTEREI
A RENDSZER ELEMEI	azonos / eltérő	
HDTV laparoskopos-thoracoscopos torony		
A torony legyen kompatibilis a már meglévő Olympus laparoskopos toronnyal: kamerafej csatlakoztathatósága, optika csatlakoztathatósága, fénykábel csatlakoztathatósága	azonos	A torony kompatibilis a már meglévő Olympus laparoskopos toronnyal: kamerafej csatlakoztathatósága, optika csatlakoztathatósága, fénykábel csatlakoztathatósága
Monitor, medikai kivitelű TFT, nagyfelbontású min.24"-os HD TFT LCD kijelző Orvosi kivitelű, folyamatos üzemre alkalmas Felbontás legalább 1920x1200 pixel Bemenetek:Y/C, S-video, RGB Képernyő menü, mely megkönnyíti a különböző funkciók kiválasztását és beállítását.	azonos	Monitor, medikai kivitelű TFT, nagyfelbontású 26"-os HD TFT LCD kijelző Orvosi kivitelű, folyamatos üzemre alkalmas Felbontás: 1920x1200 pixel Bemenetek:Y/C, S-video, RGB Képernyő menü, mely megkönnyíti a különböző funkciók kiválasztását és beállítását
Nagyfelbontású (HD) digitális kamera vezérlő egység A videóendoszkópos torony központi eszköze. Jellemzők: Automatikus fényerősség szabályzási funkció Struktúra kiemelő funkció Kép a képen funkció, külső képek (pld. ultrahang) a látott képpel egy időben történő megjelenítésére Kép élesség állítás három lépcsőben, színállítás min. 6 lépcsőben Elektronikus képnagyítási (zoom) funkció 1,2 és 1,5-szörös Magyar nyelvű beállító menürendszer Kép és adattárolás hordozható memóriakártyán, mely	azonos	Nagyfelbontású (HD) digitális kamera vezérlő egység A videóendoszkópos torony központi eszköze. Jellemzők: Automatikus fényerősség szabályzási funkció Struktúra kiemelő funkció Kép a képen funkció, külső képek (pld. ultrahang) a látott képpel egy időben történő megjelenítésére Kép élesség állítás három lépcsőben, színállítás 6 lépcsőben Elektronikus képnagyítási (zoom) funkció

5

számítógépbe illeszthető, így azon a képek megtekinthetők Digitális IEEE 1394 FireWire kimenet Endoszkóp azonosító funkció HD video laparoszkóp csatlakoztathatósága 1-chipes autoklávozható HD kamerafej, csipetős adapterrel, amely lehetővé teszi a már meglévő optikák (Storz, Wolf, Olympus, Stryker, EMD, ACMI) használatát a kamerához. Felbontás min. 440 000 pixel Érzékenység: min. 1,4 lux Szabadon definiálható programozható gomb 3db a kamerafejen Beépített Moire szűrő flexibilis endoszkóphoz Tartozékok: - PCMCIA adapter a JPEG –es állóképrögzítéshez, - 1 db billentyűzet - Összekötő kábelek a készülékek csatlakoztatásához		1,2 és 1,5-szörös Magyar nyelvű beállító menürendszer Kép és adattárolás hordozható memóriakártyán, mely számítógépbe illeszthető, így azon a képek megtekinthetők Digitális IEEE 1394 FireWire kimenet Endoszkóp azonosító funkció HD video laparoszkóp csatlakoztathatósága 1-chipes autoklávozható HD kamerafej, csipetős adapterrel, amely lehetővé teszi a már meglévő optikák (Storz, Wolf, Olympus, Stryker, EMD, ACMI) használatát a kamerához. Felbontás 440 000 pixel Érzékenység: 1,4 lux Szabadon definiálható programozható gomb 3db a kamerafejen Beépített Moire szűrő flexibilis endoszkóphoz Tartozékok: - PCMCIA adapter a JPEG –es állóképrögzítéshez, - 1 db billentyűzet - Összekötő kábelek a készülékek csatlakoztatásához
XENON hidegfényforrás Xenon égőt tartalmazó, az endoszkópok megvilágítását biztosító fényforrás Jellemzők: Csatlakozási lehetőség: videóendoszkópok és fiberendoszkópok. Lámpa min. 300 W Xenon, tartalék halogénlámpa Automatikus fényerő szabályozás, min. 8 fokozatú manuális állítási lehetőséggel Készenléti funkció (amikor használaton kívül a készülék, lámpa-élettartam növelése céljából)	azonos	XENON hidegfényforrás Xenon égőt tartalmazó, az endoszkópok megvilágítását biztosító fényforrás Jellemzők: Csatlakozási lehetőség: videóendoszkópok és fiberendoszkópok. Lámpa 300 W Xenon, tartalék halogénlámpa Automatikus fényerő szabályozás, 8 fokozatú manuális állítási lehetőséggel Készenléti funkció (amikor használaton kívül a készülék, lámpa-élettartam növelése céljából)
Nagyfelbontású HD Optika 10 mm, 30°, tároló/sterilizáló dobozban 2 db	azonos	Nagyfelbontású HD Optika 10 mm, 30°, tároló/sterilizáló dobozban 2 db
Fénykábel 300 mm hosszú, autoklávozható 2 db	azonos	Fénykábel 300 mm hosszú, autoklávozható 2 db
Elektronikus CO2 inszufflátor CO2 gáz csatlakozási lehetőségek: palack, illetve központi gáz. Integrált nyomáscsökkentő. Kijelzők: digitális oszlopgrafika A hasúri nyomás beállítása 1 Hgmm-es lépésekben. Az áramlási mennyiség beállítása legalább 3 különböző tartományban. (alacsony, közepes, magas) Áramlás a három tartományban összesen: min. 0,5 – 35 liter/perc (Veress-tű használatához alacsony alsó határérték) Az inszufflátor automatikus füstelszívó funkcióval rendelkezzen, mely a nagyfrekvenciás vágó használatkor aktiválódik. Bekapcsoláskor a készülék automatikusan alacsony	azonos	Elektronikus CO2 inszufflátor CO2 gáz csatlakozási lehetőségek: palack, illetve központi gáz. Integrált nyomáscsökkentő. Kijelzők: digitális oszlopgrafika A hasúri nyomás beállítása 1 Hgmm-es lépésekben. Az áramlási mennyiség beállítása 3 különböző tartományban. (alacsony, közepes, magas) Áramlás a három tartományban összesen: 0,5 – 35 liter/perc (Veress-tű használatához alacsony alsó határérték) Az inszufflátor automatikus füstelszívó funkcióval rendelkezik, mely a

áramlási tartományban induljon Riasztó funkciók - Hasúri túlnyomáskor - Az inszufláló cső megtörésekor, a Veress-tű eldugulásakor, túl szűk keresztmetszeten át történő inszuflálásakor. - Elégtelen gázellátáskor (a palack kiürülésekor) Tartozékok: Autoklávózható töltő és füstelszívó szilikon szerelék, Luer-csatlakozós Nagynyomású tömlő DIN csatlakozóhoz		nagyfrekvenciás vágó használatkor aktiválódik. Bekapcsoláskor a készülék automatikusan alacsony áramlási tartományban indul Riasztó funkciók - Hasúri túlnyomáskor - Az inszufláló cső megtörésekor, a Veress-tű eldugulásakor, túl szűk keresztmetszeten át történő inszuflálásakor. - Elégtelen gázellátáskor (a palack kiürülésekor) Tartozékok: Autoklávózható töltő és füstelszívó szilikon szerelék, Luer-csatlakozós Nagynyomású tömlő DIN csatlakozóhoz
Készüléktartó állvány Készüléktartó kocsi: min. 4 db tároló polcos robusztus kivitelű speciális endoszkóp kocsi antisztatikus polcok 4 kerekéből min. 2 fékeezhető Billentyűzet tartó LCD monitortartó kar CO2 palacktartó Hálózati leválasztó transzformátor	azonos	Készüléktartó állvány Készüléktartó kocsi: 4 db tároló polcos robusztus kivitelű speciális endoszkóp kocsi antisztatikus polcok 4 kerekéből 2 fékeezhető Billentyűzet tartó LCD monitortartó kar CO2 palacktartó Hálózati leválasztó transzformátor

Készülék/rendszer megnevezése, mennyisége:	1 db Thoracoscopos műtői tálca (az alábbiakban részletezett tartalommal)	
A rendszer leírása	Thoracoscopos műtétek során használatos kézi eszközök	
Általános információk		
Ajánlott készülék típusa:	HiQ+	
Gyártó:	Olympus	
Származási ország:	Japán	
ELŐÍRT PARAMÉTEREK		AJÁNLOTT TERMÉK PARAMÉTEREI
	azonos / eltérő	
Nagyfelbontású HD Optika 10 mm, 30°, kompatibilitás 1 chipes HD kamerafejjel, tároló/sterilizáló dobozban 1 db	azonos	Nagyfelbontású HD Optika 10 mm, 30°, kompatibilitás 1 chipes HD kamerafejjel, tároló/sterilizáló dobozban 1 db
90°-os könyök optika/fénykábel csatlakozásához 1 db	azonos	90°-os könyök optika/fénykábel csatlakozásához 1 db
Metzenbaum olló, 5 X 330 mm, szétszedhető 2 db	azonos	Metzenbaum olló, 5 X 330 mm, szétszedhető 2 db
Mini Metzenbaum olló, 5 X 330 mm, szétszedhető 2 db	azonos	Mini Metzenbaum olló, 5 X 330 mm, szétszedhető 2 db
Egyenes olló, 5 X 330 mm, szétszedhető 2 db	azonos	Egyenes olló, 5 X 330 mm, szétszedhető 2 db
Maryland dissector, 5 X 330 mm, szétszedhető 1 db	azonos	Maryland dissector, 5 X 330 mm, szétszedhető 1 db
Horog dissector, 5 X 330 mm, szétszedhető 1 db	azonos	Horog dissector, 5 X 330 mm,

		szétszedhető 1 db
Hook elektróda, kerámia betétes 5 X 330 mm, 4 db	azonos	Hook elektróda, kerámia betétes 5 X 330 mm, 4 db
Aktív kábel nagyfrekvenciás vágóhoz 10 db	azonos	Aktív kábel nagyfrekvenciás vágóhoz 10 db
Tüdőeltartó ötágú, dönthető, 10 mm 1 db	azonos	Tüdőeltartó ötágú, dönthető, 10 mm 1 db
Tüdőeltartó háromágú, dönthető, 5 mm 1 db	azonos	Tüdőeltartó háromágú, dönthető, 5 mm 1 db
Atraumatikus fogó, 5 X 330 mm, szétszedhető 1 db	azonos	Atraumatikus fogó, 5 X 330 mm, szétszedhető 1 db
Johann fogó, rövid, 5 X 330 mm, szétszedhető 1 db	azonos	Johann fogó, rövid, 5 X 330 mm, szétszedhető 1 db
Johann fogó, hosszú, 5 X 330 mm, szétszedhető 1 db	azonos	Johann fogó, hosszú, 5 X 330 mm, szétszedhető 1 db
DeBakey fogó, 5 X 330 mm, szétszedhető 1 db	azonos	DeBakey fogó, 5 X 330 mm, szétszedhető 1 db
Anatómiás fogó, 5 X 330 mm, szétszedhető 1 db	azonos	Anatómiás fogó, 5 X 330 mm, szétszedhető 1 db
Tűfogó jobbra hajló, 5 X 330 mm, szétszedhető 2 db	azonos	Tűfogó jobbra hajló, 5 X 330 mm, szétszedhető 2 db
Tűfogó egyenes, 5 X 330 mm, szétszedhető 1 db	azonos	Tűfogó egyenes, 5 X 330 mm, szétszedhető 1 db
Thoracoscopos trokár 5 mm-es 5 db	azonos	Thoracoscopos trokár 5 mm-es 5 db
Thoracoscopos trokár 10 mm-es 5 db	azonos	Thoracoscopos trokár 10 mm-es 5 db
Mágnes szelepes trokár 5,5 mm 2 db	azonos	Mágnes szelepes trokár 5,5 mm 2 db
3 élű nyárs 2 db	azonos	3 élű nyárs 2 db
Mágnes szelepes trokár 11 mm 3 db	azonos	Mágnes szelepes trokár 11 mm 3 db
Biztonsági nyárs 2 db	azonos	Biztonsági nyárs 2 db
Mágnes szelepes trokár 12,5 mm 1 db	azonos	Mágnes szelepes trokár 12,5 mm 1 db
3 élű nyárs 1 db	azonos	3 élű nyárs 1 db
Csappantyús szűkítő 11-5,5 2 db	azonos	Csappantyús szűkítő 11-5,5 2 db
Csappantyús szűkítő 12,5-5,5 1 db	azonos	Csappantyús szűkítő 12,5-5,5 1 db
Szívószelep 2 db	azonos	Szívószelep 2 db
Szívószár 5 mm 2 db	azonos	Szívószár 5 mm 2 db
Szívószár 10 mm 2 db	azonos	Szívószár 10 mm 2 db
Fejlámpa LED fényforrással 1 db	azonos	Fejlámpa LED fényforrással 1 db

ANAMED Kft.
1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
Tel: (1) 236-9336; Fax: (1) 231-5531
Adószám: 10937956-2-42
0-1